

สำนักงานจังหวัดพิจิตร
รับที่ 102
วันที่ 7 ม.ค. 2558
เวลา

ที่ พจ ๐๐๓๒.๓๐๑.๑/๔

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
๑ ซอย ๙ ถนนชมฐีระเวช อ.ตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๑๐

๕ มกราคม ๒๕๕๘

พิมพ์ใน www.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 13
วันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๕๘
ผู้พิมพ์ พรรณ

เรื่อง ขอส่งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

เรียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร (ศูนย์รวมข่าว)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามประกาศแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกันต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. ๐ ๕๖๖๒ ๑๓๕๕, ๐ ๕๖๖๒ ๑๐๐๖
โทรสาร. ๐ ๕๖๖๒ ๑๑๕๔



ประกาศจังหวัดพิจิตร
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

.....

จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ตามรายการดังนี้

๑. เตียงไฟฟ้า ๓ ไก	จำนวน ๒ เตียง
๒. ตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย (Transport Incubater)	จำนวน ๑ เครื่อง
๓. เครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมชุดช่วยชีวิตทารกแรกคลอด (Radiant Warmer)	จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดพิจิตร ณ.วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานสารบรรณ) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

กำหนดเปิดซองตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและมีสิทธิได้รับการเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ระหว่างวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๖๖๒ ๑๓๕๕, ๐ ๕๖๖๒ ๑๐๐๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายกิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ พจ 0032.301/.48.....
การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ตามประกาศจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 5 มกราคม 2558

.....

จังหวัดพิจิตร ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า " จังหวัด" มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์แพทย์ ตามรายการ ดังนี้

1. เตียงไฟฟ้า 3 ไก จำนวน 2 เตียง
2. ตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย (Transport Incubater) จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมชุดช่วยชีวิตทารกแรกคลอด (Radiant Warmer) จำนวน 1 เครื่อง

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา(หลักประกันสัญญา)
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

/(ข) บริษัท...

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาทะเบียนการค้า พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1)

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้

(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4

(2) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(3) ตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ (ถ้ามี)

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (2)

4. การเสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไขหากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 60วัน นับถัดจากวันทำสัญญาซื้อขาย

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดพิจิตรจะยึดไว้เป็นเอกสารทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยมีผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน

/4.5 ผู้เสนอ...

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้จังหวัดพิจิตร จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าวตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้วจังหวัดพิจิตรจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

4.6 ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า " ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่พจ 0032.301/48ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับซองสอบราคา ในวันที่ 5 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 15มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ฝ่ายบริหารทั่วไป งานสารบรรณ **เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด**

คณะกรรมการเปิดซองราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และจังหวัดพิจิตรจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ในวันที่ 16 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้จังหวัดพิจิตรจะพิจารณาตัดสินด้วย <u>ราคาต่อรายการ</u>

/5.2 หาก...

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดพิจิตรเท่านั้น

5.3 จังหวัดพิจิตรสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของจังหวัดพิจิตร

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือจังหวัดพิจิตรมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัดพิจิตร มีสิทธิจะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5.5 จังหวัดพิจิตร ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาที่ต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ หรือพิจารณาคุณภาพและความเหมาะสมก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดพิจิตรเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดพิจิตรจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น มาเสนอราคาแทน เป็นต้น

5.6 ในกรณีที่ปรากฏว่าข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 จังหวัดพิจิตร มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศชื่อ ตามข้อ 4.7 และจังหวัดพิจิตร จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

/6. การทำ...

6. การทำสัญญาซื้อขาย

6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการ ของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ จังหวัดพิจิตรจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้

6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ หรือจังหวัดพิจิตรเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับจังหวัดพิจิตร ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้จังหวัดพิจิตรยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัดพิจิตร โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4

(4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

7. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.2 ของสิ่งของที่ยังไม่ส่งมอบตามสัญญาต่อวัน

8. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

9.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบค่าเสื่อมเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2556 โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเพื่อการนี้แล้วเท่านั้น

/9.2 เมื่อ...

9.2 เมื่อจังหวัดพิจิตรได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชยนาวี

9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดพิจิตรได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางจังหวัดพิจิตรกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 จังหวัดพิจิตรจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

9.4 จังหวัดพิจิตรสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด(ถ้ามี)

จังหวัดพิจิตร



รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ
เตียงไฟฟ้า 3 ไก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

1. **วัตถุประสงค์ในการใช้งาน**

เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย ซึ่งควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ปรับท่างอเข่า ปรับเอนเตียงให้ศีรษะสูง-ต่ำ ได้ สามารถถอดแผ่นกั้นหัวเตียง/ปลายเตียงออกได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ พร้อมเสาน้ำเกลือและที่นอน

2. **คุณสมบัติทั่วไป**

2.1 โครงสร้างของเตียงทำด้วยเหล็กอย่างดี และออกแบบไว้เพื่อเติม และรองรับอุปกรณ์การรักษาพยาบาลอื่นๆได้สะดวกตามความต้องการ

2.2 ราวกั้นเตียง (Siderails) ทำจาก Polypropylene เพื่อความคงทน แข็งแรง และสวยงาม แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนหัวเตียง และส่วนท้ายเตียง สามารถพับลงข้างเตียงได้

2.3 มีที่ติดตั้งเสาของน้ำเกลือได้ 4 จุด ที่มุมด้านหัวเตียง 2 จุด และปลายเตียง 2 จุด

2.4 มีกันชนแบบลูกล้อ (Roller Bumper) ติดอยู่ที่มุมทั้ง 4 ของเตียง

2.5 ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรทซ์ และมีแบตเตอรี่สำรองติดมาพร้อมกับเตียงเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของเตียง

2.6 มีมอเตอร์ระบบกระแสตรงยี่ห้อ Linak จำนวน 4 ตัว เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน

2.7 ผลิตได้ตามมาตรฐาน , IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2, IEC/EN 60601-2-38, IEC/EN 60601-2-52, ISO 9001, ISO 13485, IPX4 และ CE Mark ที่กำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยของการใช้เตียงผู้ป่วย

3. **คุณสมบัติทางเทคนิค**

3.1 เมื่อยกราวกั้นเตียงขึ้นความกว้างสูงสุดของเตียงไม่น้อยกว่า 99 ซม. และ เมื่อดึงราวกั้นเตียงลงความกว้างน้อยที่สุดของเตียงไม่น้อยกว่า 85 ซม.

3.2 ความยาวของเตียงไม่น้อยกว่า 210 ซม. โดยวัดจากขอบนอกของกันชนส่วนหัวเตียงถึงขอบนอกของกันชนส่วนปลายเตียง

3.3 ขนาดของที่นอน มีความกว้าง และความยาวเหมาะสมกับเตียง

3.4 ล้อของเตียงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว มีระยะห่างระหว่างล้อทั้งสองในแนวกว้าง อยู่ระหว่าง 55-60 ซม.โดยวัดจากจุดกึ่งกลางของความกว้างของล้อ

3.5 สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 Kg. โดยรวมน้ำหนักตัวผู้ป่วย ที่นอน และอุปกรณ์อื่นๆ

3.6 เตียงสามารถปรับท่าได้ดังต่อไปนี้

- ปรับสูง (High Position) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 75 ซม.
- ปรับต่ำ (Low Position) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 45 ซม.
- ปรับท่ายกศีรษะสูง (Head Section Articulation) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 65 องศา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

- ปรับท่ายกเข่าสูง (Knee Section Articulation ได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 20 องศา
- ปรับท่าศีรษะต่ำและศีรษะสูง (Trendelenburg/Reverse T) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ±10 องศา

3.7 มีคันโยกฉุกเฉิน (CPR) เพื่อปรับส่วนรองรับหลังของเตียงให้ราบอย่างรวดเร็วในกรณีต้องช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน

3.8 แผ่นปิดหัวเตียง-ท้ายเตียง สามารถถอดออกได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย

3.9 ปุ่มปรับการทำงานต่างๆของเตียง สำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาล ฝังอยู่ที่ราวกั้นเตียงส่วนศีรษะ

3.10 มีระบบ (Lock) การปรับท่าต่างๆอยู่ที่แผงควบคุมราวกั้นเตียงส่วนศีรษะ เพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยนท่าโดยไม่ได้ตั้งใจ

3.11 มีเกจ์บอกองศาการปรับท่ายกศีรษะและการปรับท่าศีรษะต่ำและศีรษะสูง ฝังอยู่ที่ราวกั้นเตียงทั้งสองข้าง

3.12 มีระบบเบรคส่วนกลาง (Central Brake Locking) ซึ่งล็อคล้อได้ทั้ง 4 ล้อเมื่อเหยียบเบรคเพียงครั้งเดียว

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

4.1 เบาะที่นอนยี่ห้อเดียวกับเตียง	จำนวน	1 ชุด
4.2 เสาน้ำเกลือ (I.V. Pole) Stanless 2 ขา ปรับสูงต่ำได้	จำนวน	1 ต้น
4.3 เสาน้ำเกลือ (I.V. Pole) Stanless 4 ขา ปรับสูงต่ำได้	จำนวน	1 ต้น
4.4 Overbed	จำนวน	1 ชุด
4.5 ผ้าคลุมเบาะที่นอน	จำนวน	1 ชุด
4.6 ที่นอนลม แบบลอน พร้อมปั๊มไฟฟ้า และลอนอะไหล่ 1 อัน	จำนวน	1 ชุด

5. เงื่อนไขพิเศษ

5.1 มีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต

5.2 รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 2 ปี

5.3 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือยุโรป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ

เครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมชุดช่วยชีวิตเด็กทารกแรกคลอด (Radint Warmer)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

1. **ความต้องการ**

   เป็นเครื่องสำหรับให้ความอบอุ่นสำหรับเด็กทารกแรกเกิดโดยใช้แสงอินฟาเรด โดยมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

2. **วัตถุประสงค์ในการใช้งาน**

2.1 ใช้กับทารกแรกเกิดในห้องผู้ป่วยหนักเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ทารกแรกเกิดเพิ่มขึ้นในขณะดูแลรักษา

2.2 ใช้ป้องกันมิให้อุณหภูมิของร่างกายทารกแรกเกิดลดลง

2.3 ใช้สำหรับควบคุมอุณหภูมิของทารกแรกเกิดไม่ให้เปลี่ยนแปลงในระหว่างการดูแลรักษาก่อนและหลังการผ่าตัด อาทิเช่น ในหน่วยงานห้องคลอด,ห้องหลังคลอด และห้องวิสัญญี-ผ่าตัด

2.4 ใช้ในการดูแลทารกแรกเกิดที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าปกติ

2.5 ใช้รักษาระดับอุณหภูมิของเด็กทารกแรกเกิดระหว่างการถ่ายเลือด

2.6 ใช้ในห้องตรวจและรักษาทารกแรกเกิด

2.7 ใช้ในการดูแลทารกแรกเกิดในหน่วยบำบัดภาวะวิกฤติ

3. **คุณลักษณะทั่วไป**

3.1 ใช้กับแรงดันกระแสไฟฟ้าสลับ 220 โวลท์ 50 เฮริทซ์

3.2 ชุดอุปกรณ์ส่วนปฏิบัติการประกอบบนรถที่ทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิม หรือเคลือบวัสดุกันสนิมมีล้อจำนวน 4 ล้อ เพื่อเข็นเคลื่อนที่ได้โดยสะดวกซึ่งเป็นล้อแบบล็อคได้กับแบบธรรมดา

3.3 ด้านล่างของเตียงปฏิบัติการมีตู้พร้อมชั้นวางของสำหรับเก็บวางเครื่องใช้ของทารกแรกเกิด

3.4 ได้มาตรฐาน ISO 13485:2003 / CE0123 หรือมาตรฐานอื่นที่ใกล้เคียง

4. **คุณลักษณะเฉพาะ**

4.1 ตัวเครื่องให้ความอบอุ่นสามารถให้พลังงานความร้อนแบบแผ่รังสี (Radiant Heater) ขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์

4.2 ชุดแผงให้พลังงานความร้อนสามารถหมุนไปในแนวนอนด้านข้างได้ทั้ง (ด้านซ้ายและด้านขวา) ได้ไม่น้อยกว่า ± 45 องศา เพื่อความสะดวกในการถ่ายภาพเอ็กซเรย์

4.3 มีสวิทช์ปุ่มเลือกระบบการควบคุมอุณหภูมิจากผิวหนังเด็ก (Skin /Servo Control) หรือระบบการควบคุมอุณหภูมิแบบปรับเองโดยผู้ใช้งาน (Air /Manual Control)

4.4 สามารถปรับควบคุมพลังงานความร้อนได้ทั้งแบบปรับเองโดยผู้ใช้งาน (Manual Control) และแบบปรับโดยอัตโนมัติจากผิวหนังเด็ก (Servo Control) โดยควบคุมด้วยระบบMicro Computer หรือ Micro Processor

4.5 มีระบบแบบปรับเองโดยผู้ใช้งาน (Manual Control) เพื่อปรับอุณภูมิให้คงที่โดยเมื่อความร้อนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ชุดแผงควบคุมพลังงานความร้อนจะลดระดับการทำงานลง ซึ่งสามารถปรับได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์โดยไม่หยุดการทำงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

4.6 มีระบบแบบปรับโดยอัตโนมัติจากผิวหนังเด็ก (Servo Control) สามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 34 องศาเซลเซียส ถึง 38 องศาเซลเซียส ซึ่งแสดงค่าอุณหภูมิที่ตั้งได้เป็นตัวเลข และสามารถปรับอุณหภูมิให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ครั้งละ 0.1 องศาเซลเซียส

4.7 ที่หน้าปัทม์ของเครื่องสามารถอ่านค่าของอุณหภูมิเป็นตัวเลขแบบ (LED) ได้อย่างน้อยตั้งแต่ 30.0-42.0 องศาเซลเซียส

4.8 มีไฟสัญญาณแสดงระดับการทำงานของระบบให้ความร้อน (Heater Output) ได้อย่างน้อยจำนวน 10 ระดับ

4.9 พื้นเตียงปฏิบัติการมีแผ่น (X-ray cassette tray) อยู่ภายใต้เบาะรองรับเด็กที่แสงรังสีสามารถส่องผ่านได้

4.10 มีที่กั้นป้องกันตัวเด็กทารกแรกเกิดตกเตียงอยู่ 4 ด้าน และสามารถดึงออกจากเตียงแล้วพับลงได้ง่าย อย่างน้อย 3 ด้าน เพื่อความสะดวกสบายในการให้การรักษาพยาบาล พร้อมมีช่องสำหรับสอดสายน้ำเกลือหรือท่อสายยางต่างๆได้ 1 ช่อง

4.11 มีตัวเลขแสดงเวลาที่ผ่านไป สำหรับการใช้เครื่องหรือการเริ่มต้นช่วยชีวิตผู้ป่วย พร้อมทั้งมีเสียงเตือนโดยอัตโนมัติ (Apgar Timer) เมื่อเวลาผ่านไปอย่างน้อย 1, 3, 5 และ 10 นาที

4.12 เมื่อกดปุ่มสัมผัสการช่วยชีวิตหัวใจ (CPR Timer) จะมีสัญญาณเตือนทุกๆ 30 วินาทีในขณะทำการช่วยชีวิตทารกแรกเกิดฟื้นคืนชีพ

4.13 มีปุ่มกดที่หน้าปัทม์ (Preheat Switch) ของตัวเครื่อง เพื่อทำให้พื้นผิวเบาะรองนอนทารกแรกเกิดมีความอบอุ่นได้เร็วขึ้นกว่าปกติ

4.14 สามารถเลือกการตั้งค่าอุณหภูมิของ (Alarm set Temperature) ของอุณหภูมิผิวหนังเด็กที่ ±1 องศาเซลเซียส หรือ ±0.5 องศาเซลเซียส

4.15 หากมีเหตุขัดข้องทางกระแสไฟฟ้าดับลงทันทีทันใด ค่าของอุณหภูมิผิวหนังเด็กและอุณหภูมิบนหน้าปัทม์ของชุดแผงให้พลังงานความร้อนที่ตั้งไว้ล่าสุด ซึ่งแสดงอยู่ที่หน้าปัทม์จะยังคงเก็บไว้ในหน่วยความจำ (Memory Function) และเมื่อไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ ผู้ที่ใช้ไม่ต้องตั้งค่าใหม่

4.16 สามารถปรับระดับเสียงเตือนได้ไม่น้อยกว่า 8 ระดับ

4.17 มีระบบสัญญาณเตือน (Alarm)ให้ทราบ อย่างน้อยในกรณีต่อไปนี้

4.17.1 เมื่อระบบควบคุมการทำงานของกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (Mains Failure หรือ Power Failure)

4.17.2 เมื่อระบบการควบคุมทำงานของเครื่องขัดข้อง (System Failure)

4.17.3 เมื่อสายวัดอุณหภูมิที่ผิวหนังเด็กชำรุด หรือไม่ได้ต่อกับเครื่อง (Skin Temperature Probe)

4.17.4 เมื่ออุณหภูมิที่ผิวหนังเด็กกับอุณหภูมิที่ตั้งไว้ต่างกันมากกว่า 1 องศาเซลเซียส ใน Servo Mode และเมื่ออุณหภูมิที่บนหน้าปัทม์สูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ใน Mannual Mode (Set Temperature)

4.17.5 เครื่องจะเตือนทุกๆ 15 นาที เมื่อความร้อนที่แผ่ออกมา(Heater output)ถูกตั้งไว้ที่35% หรือมากกว่า(Baby Check)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

4.20 มีชุดให้ออกซิเจน

4.20.1 มีชุด Oxygen Flowmeter สามารถควบคุมการไหลของออกซิเจนได้ไม่น้อยกว่า 0-8 ลิตรต่อนาที ซึ่งติดตั้งอยู่ด้านข้างของตัวเครื่องทำให้สามารถมองเห็นได้

4.20.2 มีชุด Oxygen Humidifier Jar สำหรับให้ความชื้นพร้อมสายข้อต่อ จำนวน 1ชุด

4.20.3 มีชุดข้อต่อสำหรับใช้ Oxygen ตามมาตรฐานจากตัวเครื่องพร้อมสายยางชนิดทนแรงดันสูง ซึ่งสามารถต่อเข้ากับระบบจ่าย Oxygen Pipeline ของโรงพยาบาลได้

4.21 มีชุดดูดเสมหะ

4.21.1 มีชุดเกย์วัดแรงดูดได้ไม่น้อยกว่า 0-150 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งติดตั้งอยู่ด้านข้างของตัวเครื่องทำให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

4.21.2 มีชุดขวด Suction Jar สำหรับรองรับเสมหะ พร้อมสายข้อต่อ จำนวน1ชุด

4.21.3 มีชุดข้อต่อสำหรับใช้ Suction ตามมาตราฐานจากตัวเครื่อง พร้อมสายยางชนิดทนแรงดันสูง ซึ่งสามารถต่อเข้ากับระบบจ่าย Suction Pipeline ของโรงพยาบาลได้

5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

5.1 สายวัดอุณหภูมิผิวหนังเด็ก (Skin Temperature Probe)	จำนวน 1 ชุด
5.2 พลาสติกคลุมเครื่อง (Dust Cover)	จำนวน 1 ผืน
5.3 มีเบาะรองรับเด็ก (Mattress Sheet)	จำนวน 1 ชุด
5.4 มีที่จับสายไฟ (Cord Holder)	จำนวน 2 ชิ้น

6. เงื่อนไขเฉพาะ

6.1 รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี นับตั้งแต่วันที่รับมอบพัสดุ

6.2 มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

6.3 ผู้ขายมีอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงไว้จำหน่ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

6.4 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น หรืออเมริกา หรือยุโรปตะวันตก

6.5 มีหลักฐานแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากประเทศผู้ผลิต

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ
ตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย (Transport Incubator)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

1.วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นตู้อบเด็กผนัง 2 ชั้น ชนิดเคลื่อนย้ายที่ให้ความอบอุ่น และความปลอดภัยแก่ทารกในระหว่างทำการเคลื่อนย้าย โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

2. คุณลักษณะทั่วไป

2.1 ตัวตู้อบเด็กวางอยู่บนรถเข็น และมีที่จับสามารถยกเพื่อเคลื่อนย้ายไปมาได้

2.2 ใช้ได้ทั้งไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ 50 เฮิรทซ์ และไฟกระแสตรง 12 โวลท์จากแบตเตอรี่ชนิดชาร์จประจุ

3. คุณลักษณะเฉพาะ

3.1 ตู้อบเด็กมีกระโจมเป็นฝาครอบ 2 ชั้นทุกด้าน

3.2 มีประตูปิด-เปิดทางด้านหน้าและด้านข้าง โดยทางด้านข้างสามารถเลื่อนเบาะที่นอนเด็กออกมาได้

3.3 มีช่องหน้าต่างปิด-เปิด 3 ช่อง ทั้งด้านหน้าและด้านข้าง โดยด้านหน้าจะเป็นสปริงปิด – เปิด ส่วนด้านข้างปิด-เปิดแบบหมุนไปมา เพื่อประโยชน์ในการสอดท่อช่วยหายใจ

3.4 มีระบบควบคุมอุณหภูมิอากาศภายในตู้ (Air Control) สามารถตั้งอุณหภูมิภายในตู้ได้ตั้งแต่ 22-38 องศาเซลเซียส

3.5 มีหน้าปัทม์แสดงตัวเลข 2 ช่องแสดงอุณหภูมิอากาศภายในตู้และอุณหภูมิที่ผิวหนังเด็ก

3.6 มีหลอดไฟส่องสว่างติดอยู่ด้านหลัง เพื่อให้แสงสว่างส่องทั่วถึงทั้งเบาะเด็ก

3.7 มีแถบไฟแสดงระดับพลังงานความร้อน 4 ระดับ

3.8 มีแถบไฟแสดงปริมาณไฟในแบตเตอรี่ 4 ระดับ

3.9 มีแบตเตอรี่ชนิดชาร์จประจุ ขนาด 12 โวลท์ สำหรับการใช้งานระหว่างเคลื่อนย้ายเด็ก

3.10 มีช่องสอดสายหรืออุปกรณ์ให้สารน้ำได้

3.11 มีระบบสัญญาณเตือน (Alarm) ในกรณีที่

3.11.1 อุณหภูมิอากาศภายในกระโจมสูงเกิน 39 องศาเซลเซียส

3.11.2 กระแสไฟฟ้าสลับที่ใช้เกิดขัดข้อง (Power Fail)

3.11.3 พัดลมภายในชำรุดเสียหาย (Air Flow)

3.11.4 ตัววัดอุณหภูมิภายในเครื่องผิดปกติ (Sensor)

3.11.5 ไฟกระแสตรงจากแบตเตอรี่หรือแหล่งจ่ายไฟมีค่าต่ำ (Low DC)

3.12 มีปุ่มตรวจเช็คการทำงานของตัววัดอุณหภูมิที่ผิวหนังเด็ก ซึ่งจะอ่านค่าที่ 36.0 ± 0.1องศาเซลเซียส

3.13 มีสัญญาณบอกสถานการณ์ใช้พลังงาน ทั้งจากแบตเตอรี่ภายใน แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงของรถพยาบาล หรือแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าสลับทั่วไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

4.1 ถาดและเบาะรองรับตัวเด็ก	จำนวน 1 ชุด
4.2 สายคาดรัดตัวเด็ก	จำนวน 1 ชุด
4.5 แผ่นกรองอากาศ (Micro Filter)	จำนวน 1 แผ่น
4.6 Battery สามารถชาร์จประจุไฟฟ้าได้	จำนวน 1 ก้อน
4.7 คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ	จำนวน 1 เล่ม

5. เงื่อนไขเฉพาะ

5.1 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทวีปยุโรป

5.2 รับประกันคุณภาพเครื่องเป็นเวลา 2 ปีนับจากวันส่งมอบ

5.3 ภายในระยะรับประกัน ผู้ขายจะต้องทำการการตรวจเช็คสภาพเครื่อง และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทุกๆ 6 เดือน

5.4 ผู้ขายจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญงาน มาทำการสาธิตการใช้งานเครื่องและการดูแลรักษา เครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจนใช้งานได้เป็นอย่างดี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเตียงไฟฟ้า 3 ไก
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 188,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง 30 ธันวาคม 2557 เป็นเงิน 188,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดหมื่นบาทถ้วน) ราคาเตียงละ 94,000 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
   4.1 บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด
   4.2 บริษัท เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด
   4.3 บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด
4. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคา (ราคาอ้างอิง)
   5.1 นายประทีป จันทร์สิงห์
   5.2 นางวิมลรัตน์ ฉัตรศรีวงศ์
   5.3 นางสาววิลาวัณย์ กลัดแก้ว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมชุดช่วยชีวิตทารกแรกคลอด (Radiant Warmer) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง 30 ธันวาคม 2557 เป็นเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
   4.1 บริษัท บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด
   4.2 บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด
   4.3 บริษัท เมดิก ไลฟ์ จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคา (ราคาอ้างอิง)
   5.1 นายประทีป จันทร์สิงห์
   5.2 นางวิมลรัตน์ ฉัตรศรีวงศ์
   5.3 นายนางสาววิลาวัณย์ กลัดแก้ว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อ ตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย (Transport Incubater)
   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 460,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง 30 ธันวาคม 2557 เป็นเงิน 460,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
   4.1 บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด
   4.2 บริษัท นิภานันท์ เซล แอนด์ เซอร์วิซ จำกัด
   4.3 บริษัท เมดิก ไลฟ์ จำกัด
   4.4 บริษัท ซายน์เอ็นจิเนียร์อินเนชั่นแนล จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคา (ราคาอ้างอิง)
   5.1 นายประทีป จันทร์สิงห์
   5.2 นางวิมลรัตน์ ฉัตรศรีวงศ์
   5.3 นางสาววิลาวัณย์ กสัดแก้ว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบใบเสนอราคา

เรียนประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

1. ข้าพเจ้า(บริษัท,ห้าง,ร้าน,).....อยู่เลขที่.....หมู่ที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....โทรศัพท์.....เลขทะเบียนการค้า.....
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.....โดย.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ พจ ๐๐๓๒.๓๐๑/.....โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้วรวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตามราคาและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ราคา/หน่วย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน	กำหนดส่งมอบ
1	เตียงไฟฟ้า 3 ไก			2 เครื่อง		
2	ตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย (Transport Incubater)			1 เครื่อง		
3	เครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมชุดช่วยชีวิตทารกแรกคลอด (Radiant Warmer)			1 เครื่อง		
	รวม					

(.....) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.....วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคาและจังหวัดพิจิตรอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่จังหวัดพิจิตรร้องขอ

4.ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา

4.1 ข้าพเจ้ารับรองที่จะทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขาย แนบท้ายเอกสารสอบราคากับจังหวัดพิจิตร ภายใน .....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารสอบราคาให้แก่จังหวัดพิจิตร ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญา เป็นจำนวนร้อยละ.....ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

/5. ข้าพเจ้า...

5. ข้าพเจ้ายอมรับว่าจังหวัดพิจิตร ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น แคตตาล็อก แบบรูป รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (SPECIFICATIONS) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่จังหวัดพิจิตร พร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้จังหวัดพิจิตรไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินทางราชการ

สำหรับตัวอย่าง(ถ้ามี) ซึ่งจังหวัดพิจิตรคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้วและเข้าใจดีว่าจังหวัดพิจิตร ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่..... เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

บทนิยาม

" ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน " หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาในการสอบราคาซื้อของจังหวัดพิจิตร เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาในการสอบราคาซื้อของจังหวัดในคราวเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่จังหวัดพิจิตร ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่านจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่จังหวัดพิจิตรในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

คำว่า "ผู้ถือหุ้นรายใหญ่" ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดภาร ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรายหนึ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดพิจิตร ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน

การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น ของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณีและห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่จังหวัดพิจิตรในการสอบราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอรวาคามีความสัมพันธ์กันตาม(1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี

"การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคาหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อจังหวัดพิจิตร ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้เรียกรับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชนในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับจังหวัดพิจิตร หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบจังหวัดพิจิตรโดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

.....

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

☐ 1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

.....(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

สำเนาหนังสือรับรองการจัดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน..... แผ่น

บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) จำนวน..... แผ่น

.....(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน.....แผ่น

สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ จำนวน.....แผ่น

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการและผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) จำนวน.....แผ่น

บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน.....แผ่น

☐ 2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล

.....(ก) บุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น จำนวน.....แผ่น

.....(ข) คณะบุคคล

สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน จำนวน..... แผ่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จำนวน.....แผ่น

☐ 3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า

.....(ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดาสัญญาของการเข้าร่วมค้า

สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า จำนวน.....แผ่น

-บุคคลสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน.....แผ่น

-บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย

สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน.....แผ่น

.....(ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล

สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า จำนวน.....แผ่น

-ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน.....แผ่น

บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) จำนวน.....แผ่น

-บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน.....แผ่น

สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ จำนวน.....แผ่น

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) จำนวน.....แผ่น

บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน.....แผ่น

☐ 4. อื่น ๆ (ถ้ามี)

.....

.....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมของใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน.....แผ่น
2. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จำนวน.....แผ่น
3. อื่น ๆ (ถ้ามี)

.....

.....

.....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)